



Of. nº 10/267-SEMAP/DGD/CM

Novo Hamburgo, 18 de março de 2021


Ao Excelentíssimo Senhor
RAIZER DA SILVA FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo – RS

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 126/2021

Senhor Presidente,


Vimos à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Requerimento em epígrafe, protocolado sob nº 16349/2021, de autoria do Vereador Felipe Kuhn Braun, encaminhar, em anexo, ofício nº 253/2021 – SMS, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,


FÁTIMA DAUDT
Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
PROTOCOLO
DOC Nº 22112021 16:48

24 MAR. 2021


Fátima



Of. nº 253/2021 – SMS

Novo Hamburgo, 17 de março de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
RAIZER FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo – RS

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 126/2021**

Senhor Presidente,


Vimos a presença da Vossa Excelência, em atenção ao Requerimento nº **126/2021** do Vereador Felipe Kunh Braum, informar que:

Esclarecemos que os pacientes estão sendo encaminhados à UPA Centro para a realização dos exames de Raio-X, a fim de garantir a manutenção do serviço de assistência à saúde, visto que o aparelho da UPA Canudos está danificado, até que seja adquirido um novo tubo de Raio-X.

Com relação ao conserto do aparelho, informamos que o mesmo já está sendo providenciado, porém fica improvável de precisar uma data, tendo em vista que se trata de um componente importado.

Sem mais para o momento, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


NAASOM LUCIANO DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde